



**COMUNICADO A:**  
**INSTITUCIONES DE ASISTENCIA MÉDICA COLECTIVA**  
**LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS**  
**CENTRO DE FARMACIAS DEL URUGUAY**  
**ASOCIACIÓN DE FARMACIAS DEL INTERIOR**

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD

Montevideo, miércoles 22 de noviembre de 2006

**ALERTA SOBRE FRASCOS PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS COMERCIALIZADOS SIN AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO Y QUE NO CUENTAN CON GARANTÍA DE ESTERILIDAD**

El Departamento de Tecnología Médica del Ministerio de Salud Pública, constató la existencia en plaza de:

**“FRASCO PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS ESTÉRILES”**, comercializados sin la autorización exigida por el Ministerio de Salud Pública por las empresas:

**SANDRA ROSSINA BARBIERI VÁZQUEZ Y DARLINCOR S.A.**, cuyo nombre fantasía es **“MEDIPLUS”**,  
**los que no cuentan con garantía de esterilidad.**

Se advierte que podrían estar a la venta dispositivos terapéuticos con las mismas características comercializados por las citadas empresas.

Se recomienda examinar cuidadosamente los rótulos de los dispositivos terapéuticos esterilizados previo al uso de los mismos y se informa que las diferencias en las etiquetas de los productos legítimos de los falsificados son entre otras:

<b>PRODUCTO ORIGINAL</b>	<b>PRODUCTO FALSIFICADO</b>
Original en tinta roja	Fotocopia en tinta negra
MSP N° 238 D.T	MSP N° 56 DT
Autoadhesiva	Pegada con cinta adhesiva
Declara D.T. Q.F. Adriana Naguil o Q.F. Mariana Pintos	No declara D.T.
Etiqueta acompañada de cinta de indicador químico	No existe cinta de indicador químico

Si Ud. constata que en sus existencias hay productos como los descritos o tiene dudas sobre los mismos debe proceder de la siguiente manera:

1. No utilizar el producto.

2. Notificar al Departamento de Tecnología Médica (4031725 int. 103, [evaluacion@msp.gub.uy](mailto:evaluacion@msp.gub.uy) o [tecnologia@msp.gub.uy](mailto:tecnologia@msp.gub.uy) ). En la notificación se deben incluir los siguientes datos:

- Tipo de producto
- N° de unidades
- N° de lote / lotes

Las instituciones o empresas que tuvieran stock de dichos productos, **a la vez de denunciar el hecho ante la Autoridad Sanitaria** , deberán mantener estos productos en cuarentena hasta resolución del Ministerio de Salud Pública.

**EMPRESAS :**

**SANDRA ROSSINA BARBIERI VÁZQUEZ Y DARLINCOR S.A.**,  
nombre fantasía "**MEDIPLUS**",  
**no cuentan con garantía de esterilidad.**

**NOTIFICACIONES:**

**DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA MÉDICA**  
(4031725 int. 103, [evaluacion@msp.gub.uy](mailto:evaluacion@msp.gub.uy) o [tecnologia@msp.gub.uy](mailto:tecnologia@msp.gub.uy))

---

**ASESORÍA TÉCNICA EN COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN**

18 de Julio 1892 / Quinto Piso / Oficina 501

Teléfonos : 4091015-4092534-4093738

E-mail: [comunicaciones@msp.gub.uy](mailto:comunicaciones@msp.gub.uy)